



Konfiguration/Configuration

Benutzer/Operator

Intervall/Interval

00:05:00

Start möglich durch/Start possible by

Taste/Button

Startverzögerung/Start delay

00:00:00

Stopp möglich durch/Stop possible by

USB Verbindung/USB connect

Alarmverzögerung/Alarm delay

00:00:00

☒ Temperatur/Temperature

-40.0 °C

Alarm oben/Alarm high

70.0 °C

☒ Feuchtigkeit/Humidity

0.0 %rH

100.0 %rH

Zusammenfassung/Summary

Startzeit/Start time

20.01.2020 18:44:58

Start durch/Start by

Taste/Button

Stoppzeit/Stop time

01.02.2020 15:24:58

Stopp durch/Stop by

USB Verbindung/USB connect

Datensätze/Records

3417

Dauer/Duration

11 Tage 20:40:00

Temperatur/Temperature

Min

15.8 °C

Avg

27.5 °C

Max

42.4 °C

Feuchtigkeit/Humidity

7.7 %rH

30.8 %rH

73.8 %rH

Taupunkt/Dew point

0.8 °C

5.9 °C

14.5 °C

Alarm/Alarm

0

