



Konfiguration/Configuration

Benutzer/Operator  
 Intervall/Interval 00:05:00  
 Start möglich durch/Start possible by Taste/Button  
 Startverzögerung/Start delay 00:00:00  
 Stopp möglich durch/Stop possible by USB Verbindung/USB connect  
 Alarmverzögerung/Alarm delay 00:00:00  
 Alarm unten/Alarm low Alarm oben/Alarm high  
 Temperatur/Temperature -40.0 °C 70.0 °C  
 Feuchtigkeit/Humidity 0.0 %rH 100.0 %rH

Zusammenfassung/Summary

Startzeit/Start time **02.02.2020 16:27:53** Start durch/Start by Taste/Button  
 Stoppzeit/Stop time **08.02.2020 16:52:53** Stopp durch/Stop by USB Verbindung/USB connect  
 Datensätze/Records **1734** Dauer/Duration **6 Tage 00:25:00**  
 Temperatur/Temperature Min Avg Max  
 Feuchtigkeit/Humidity **20.3 °C** **27.9 °C** **29.3 °C**  
 Taupunkt/Dew point **30.1 %rH** **57.6 %rH** **73.8 %rH**  
 Anzahl/Count **7.2 °C** **18.3 °C** **23.2 °C**  
 Alarm/Alarm **0**

